

令和4年10月27日

計量証明用計量器検査成績書
(合格証明書)

株式会社シロ・カイ 殿

香川県計量協会
計量士 遠藤好宣
計量士番号第7482号



検査場所	香川県東かがわ市湊197番地17		
検査日	令和4年10月22日	精度等級	Ⅲ級
種類	電気式はかり	製造者名	クボタ
ひょう量/目量	60,000kg/10kg	器物番号	CC21-1527-0

計量法第25条(同法第120条第1項)の規定による検査の結果は下記のとおりでした。

荷重	器差		感量
	行き	帰り	
0 kg	±0 kg	±0 kg	
2,000 kg	±0 kg	±0 kg	
4,000 kg	±0 kg	±0 kg	
6,000 kg	±0 kg	±0 kg	
8,000 kg	±0 kg	±0 kg	
10,000 kg	±0 kg	±0 kg	
12,000 kg	±0 kg	±0 kg	
14,000 kg	±0 kg	±0 kg	
16,000 kg	±0 kg	±0 kg	
18,000 kg	±0 kg	±0 kg	
20,000 kg	±0 kg	±0 kg	
22,000 kg	±0 kg	±0 kg	
24,000 kg	±0 kg	±0 kg	
26,000 kg	±0 kg	±0 kg	
28,000 kg	±0 kg	±0 kg	
30,000 kg	±0 kg	+10 kg	
32,000 kg	±0 kg	+10 kg	
34,000 kg	±0 kg	+10 kg	
36,000 kg	+10 kg	+10 kg	
38,000 kg	+10 kg	kg	
kg	kg	kg	
kg	kg	kg	良
kg	kg	kg	
kg	kg	kg	
kg	kg	kg	
kg	kg	kg	
kg	kg	kg	
kg	kg	kg	

偏置誤差 秤量の1/2付近(26,000kgにおいて)

(±0kg)		(±0kg)
26,000kg	26,000kg	26,000kg



結果 合格

0点変化:	良
印字・演算:	良
水平器・休み:	良
腐食破損:	良
その他:	良

最少検査点 使用範囲下限・秤量1/4・秤量1/2・秤量3/5各付近

※ 検査は、計量法計量器検定検査規則の規定に基づき実施。

繰返検査(ひょう量1/2付近) 26,000kg

1回目	26,000 kg	±0 kg	良
2回目	26,000 kg	±0 kg	良
3回目	26,000 kg	±0 kg	良

総判定	合格
-----	----

検査に使用した基準器	基準器名	能力	器物番号	検査成績書No.	有効期限	公的検査機関
	2級基準分銅	500kg	1	21B香第81号	令和5年2月18日	香川県計量検定所
	2級基準分銅	20kg~5kg	61	21B香第83号	令和5年2月18日	香川県計量検定所
	2級基準分銅	2kg~10g	12	20B香第113号	令和8年2月10日	香川県計量検定所
2級基準分銅						